

LES PRODUITS ATTENDS SONT TESTÉS ET APPROUVÉS RESPECTUEUX DE LA PEAU PAR SGS PRODERM, HAMBOURG, ALLEMAGNE

Les personnes souffrant d'incontinence utilisent très souvent des protections 24 heures par jour. Cela signifie que la peau est continuellement en contact avec la surface des protections. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de choisir des matières respectueuses de la peau. Mais ce qui est tout aussi important, c'est le maintien au sec de la peau, puisque si la protection laisse la peau humide, cela peut provoquer des irritations cutanées, voire des lésions, sources de souffrance pour l'utilisateur, et potentiellement, de coûts de soins élevés.


SGS proderm a testé la tolérance cutanée et les effets sur la santé de la peau des protections incontinence Attends grâce aux trois tests suivants:

1. Test avec patch sec



Application de petits échantillons (de produit sec ou matières qui sont en contact avec la peau) placés dans le dos d'une personne pendant 3 x 24 heures avec un contrôle dermatologique visuel quotidien de toute réaction de la peau et un classement sur une échelle par SGS proderm.

2. Test avec patch humide



Application d'un échantillon d'un produit Attends humide avec de l'urine synthétique pendant 3 x 24 heures. Les réactions sur la peau sont visuellement évaluées et notées par SGS proderm avec la méthode TEWL*. À noter que le taux d'humidité des produits reflète les résultats des tests de remontée d'humidité** que nous utilisons pour mesurer la performance de nos produits et permettent de simuler la réalité.

3. Test in-situ



Plus de 200 utilisateurs de protections incontinence Attends résidents d'un établissement médico-social ont participé à un test et utilisé les produits pendant une période de 4 semaines. Les réactions cutanées ont été suivies par le personnel soignant et visuellement évaluées et notées en utilisant un protocole d'évaluation dermatologique reconnu.

À noter que tous les produits ne sont pas nécessairement soumis à ces trois tests. Les matières et la technologie du noyau absorbant sont identiques pour certains produits, ce qui signifie qu'un résultat de test peut être utilisé pour plusieurs produits. Tous les matériaux exclusifs sont cependant soumis au moins à un test à sec.

* Perte d'eau transépidermique : un outil qui mesure la perte d'eau de la peau, ce qui est un signe de détérioration de la santé de la peau.

** Les tests de remontée d'humidité mesurent la quantité de liquide qui remonte à la surface du noyau absorbant (sous pression) après qu'un jet de liquide soit entré dans la protection.

Conclusion

La technologie du noyau absorbant des protections incontinence Attends offre une excellente protection contre les fuites et un maintien au sec de la peau exceptionnel. Les résultats des tests SGS proderm (tests avec patch sec, patch humide et tests d'utilisation in-situ) attestent que les produits Attends sont respectueux de la peau.

Ainsi SGS proderm a accordé à Attends le droit d'apposer ce Label Qualité sur nos produits*



* Produits testés / approuvés: Attends For Men, Attends Men, Soft, Lady Night Pad, Lady Discreet Underwear, Men Protective Underwear, Contours, Slip Regular, Slip Active, Slip Classic, Flex, Adjustable, Pull-Ons et Cover-Dri.

Nous devons mériter ce label chaque jour...

Chaque jour, 25 camions quittent l'usine Attends de Aneby en Suède, pour être livrés à nos clients dans toute l'Europe. Pour maintenir nos standards de qualité élevés, nous suivons chaque réclamation produit que nous recevons. Nous sommes contractuellement tenus d'informer SGS proderm de chaque réclamation liée à un problème cutané. Cela crée une transparence totale entre Attends et SGS proderm. Si une augmentation des réclamations liées à des problèmes cutanés pour une catégorie de produit spécifique était constatée, SGS proderm attend de la part d'Attends un suivi rigoureux et la correction du problème.

Nous sommes fiers d'affirmer que depuis le début du contrat entre Attends et SGS proderm (juin 2010), aucune mesure corrective ne s'est avérée nécessaire.

Références

SGS proderm GmbH, Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hambourg, Allemagne.
www.sgs-proderm.de

Numéros d'études SGS proderm: 09.0363-99, 10.0240-99, 10.0239-06, 11.0427-02, 11.0489-11, 14.0062.02, 15.0022-02, 15.0406-02, 18.0217-02, 18.0346-11, 18.0216-02, 19.0384-02, 20.0348-02, 21.0221-02, 22.0268-02, 22.0269-02, octobre 2009 - septembre 2022

Rapports des tests in-situ: Attends Healthcare, août 2010, février 2012 et juin 2014.

Tous les documents (rapports, certificats, protocoles, résultats de tests etc) sont disponibles sur demande. Date de la dernière mise à jour: janvier 2023